



# MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

*Taguaí: Capital das Confeccões.*

FOLHAS 1/2

## D E S P A C H O

Processo Licitatório nº 81/2022

Pregão Presencial nº 13/2022.

Objeto: aquisição de tiras glicose e lancetas para medição de glicemia.

Interessados: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A./

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

### Relato:

As empresas Nacional Comercial Hospitalar S.A. e Medlevenohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda protocolaram sob nº 1437 e 1479, respectivamente, impugnação ao edital referente ao processo em epígrafe e, a primeira, também solicitou esclarecimentos sobre o edital, utilizando-se do protocolo de número 1436/2022.

Encaminhada tal impugnação ao Departamento Jurídico para análise e orientação, o mesmo recomendou a suspensão do certame e a conversão do feito em diligência para que o setor requisitante da compra fosse instado a se debruçar sobre a matéria e se manifestasse sobre a matéria.

O certame foi suspenso e as impugnações e o pedido de esclarecimento foram encaminhados à Coordenadoria Municipal de Saúde para realização de diligência a qual, através do protocolo nº 1982/2022 de 19/04/2022, solicitou alteração do edital apresentando nova descrição do item 1, o que transcrevemos abaixo:

“Item 1 - Tiras reagentes para verificação de glicemia; Deve aceitar amostra de sangue capilar, venoso, arterial; Volume de amostra de 0,3ul a 2ul; Utiliza qualquer química enzimática e método de leitura através de fotometria ou amperometria, com leitura de monitor portátil sem a necessidade de troca de chip ou inserção de código para calibração manual a cada lote; Sensibilidade na faixa de medição de 20 a 600 mg/dl; Embalagem: caixa com 25 ou 50 tiras com identificação do lote; Validade do produto após a abertura deverá ser de no mínimo 6 (seis) meses; Registro na agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA; A empresa vencedora de compromete a fornecer e/ou substituir, caso necessário e em caráter de comodato, um aparelho glicosímetro compatível com a tira, por paciente ao ano e estar ciente de que o fornecimento do aparelho não está atrelado à aquisição de qualquer quantidade de tiras reagentes, ficando responsável pela manutenção e assistência técnica dos aparelhos, se necessário. A quantidade global estimada para fornecimento dos aparelhos glicosímetros é de 230 unidades.”





# MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

*Taguaí: Capital das Confeccões.*

FOLHAS 2/2

Ante os fatos, decido:

1- Alterar a descrição do item 1 do edital conforme solicitação apresentada pela Coordenadoria Municipal de Saúde através do protocolo de número 1982/2022;

2- Encaminhar o edital reformado ao Departamento Jurídico para análise;

3- Após, publicar nova data para continuação do certame licitatório.

Comunico:

1- Às empresas impugnantes citadas acima para ciência do procedimento adotado.

Publique-se no Diário Oficial do Estado, Jornal Sudoeste Paulista e site oficial do Município, e dê-se ciência aos interessados através dos e-mails utilizados pelos mesmos para apresentação das impugnações.

Taguaí-SP, 19 de abril de 2022.

  
BARBARA TEREZA DE MELLO  
Pregoeira

